

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.09.2017 roku, pod numerem 587443-N-2017 na „Zakup systemu radiografii cyfrowej pośredniej składającej się ze skanera i stacji technika oraz lekarskiej stacji opisowej wraz z oprogramowaniem” – numer PS: 2/PN/2017

W odpowiedzi na Wasze zapytania dotyczące SIWZ w w/w postępowaniu Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1 dotyczące punktu 4.59

Czy zamawiający dopuści oprogramowanie diagnostyczne zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie 1?

Wyroby rejestrowane w klasie 2 są oprogramowaniem sterującym systemami jak RTG. Dla przykładu aparat RTG również posiada wbudowane oprogramowanie sterujące klasy 2A. Jest to oprogramowanie o podwyższonym ryzyku. Ponieważ przy błędnym operowaniu tym oprogramowaniem można skrzywdzić pacjenta.

Nasze oprogramowanie nie jest oferowane z żadnym aparatem RTG tylko ze skanerem CR które nie ma bezpośredniego kontaktu z pacjentem, dlatego europejskie prawa pozwalają na rejestrowanie oraz sprzedaż jako klasa 1.

Czy jest możliwość zmiany treści jak jest to ujęte w innych przetargach na system PACS "Deklaracje i certyfikaty CE, wymagane dla dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. (Directive 93/42 / EEC)"

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 2 dotyczące punktu 1.15

Wpis do rejestru wyrobów medycznych oraz deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC w klasie IIa.

Proszę wyjaśnić. Czy ten podpunkt jest poprawny pod specyfikacją Skanera CR???

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 3 dotyczące punktu 3.7

Pomiary odległości i kątów na stacji technika

Czy zamawiający dopuści stację technika bez funkcji pomiaru odległości i kątów?

Nie jest dopuszczane aby na stacji technika diagnozować zdjęcie. Pomiary są dopuszczalne na stacji lekarskiej. Można z nich również korzystać na każdym komputerze z przeglądarką DICOM.

Możemy zaproponować dodatkową licencję na nasze oprogramowanie i zainstalować na komputerze w pomieszczeniu techników lub nawet dodatkowy komputer z monitorem przeglądowym obok stacji technika oraz dodatkową licencję na przeglądarkę DICOM. Po przesłaniu zdjęcia ze stacji technika do systemu PACS, będzie on miał możliwość do wszystkich funkcji pomiarowych w przeglądarce DICOM.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza stację technika bez funkcji pomiaru odległości i kątów.

4. Pytanie 4 dotyczące punktu 3.9

Czy zamawiający dopuści stację technika bez funkcji nagrywania płyt CD/DVD?

Czy ta funkcja jest konieczna?

Zdjęcia mogą być nagrywane z każdego komputera na którym będzie zainstalowane nasze oprogramowanie. Funkcja nagrywania płyt CD ze stacji technika jest dostępna za dodatkową opłatą. Uważamy że nie jest to funkcja niezbędna i aby nie zwiększać ceny oferty, zamawiający mógłby zrezygnować z tej funkcji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SIWZ

KIEROWNIK

/-/ mgr Marta Woś

KIEROWNIK

Przychodni Specjalistycznej
w Tarnobrzegu

mgr Marta Woś

Przychodnia Specjalistyczna
w Tarnobrzegu
59-400 Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 34
tel./fax (0-15) 822 27 84
e-mail: biuro@poczta.onet.pl