

Tarnobrzeg, dnia 21.09.2017r.

Przychodnia Specjalistyczna
w Tarnobrzegu
59-400 Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 34
tel./fax (0-15) 822 27 84
Legon 820410971 NIP 827-14-54-062

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.09.2017 roku, pod numerem 587443-N-2017 na „Zakup systemu radiografii cyfrowej pośredniej składającej się ze skanera i stacji technika oraz lekarskiej stacji opisowej wraz z oprogramowaniem” – numer PS: 2/PN/2017

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY

Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Mickiewicza 34, zwana dalej „Zamawiającym” działając na podstawie przepisów art. 38 ust 2 w związku z art. 38 ust 1 pkt 1 oraz 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje odpowiedzi na złożone przez Wykonawcę zapytania.

PYTANIE 1

I. dot. opisu przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów technicznych oraz funkcjonalnych wymaganych oraz ocenianych – Załącznik nr 1 do SIWZ:

1. dot. pkt. 1.11 – Zamawiający opisał następującą funkcjonalność: „Wydajność skanowania płyt 35x43 cm z rozdzielczością 10 pikseli/mm min. 45 płyt/godz.”

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny skaner o wydajności skanowania płyt 35x43cm z rozdzielczością 10 pikseli/mm na poziomie **44 płyt/godz**? Różnica 1 płyty nie stanowi znaczącej różnicy dla jakości zdjęć i diagnostyki obrazowej prowadzonej przy użyciu skanera, który chcemy Państwu zaoferować.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza skaner o wydajności skanowania płyt 35x43cm z rozdzielczością 10 pikseli/mm na poziomie 44 płyt/godz.

PYTANIE 2

2. dot. pkt. 4.43 - Zamawiający opisał następującą funkcjonalność: „Narzędzia pomiarowe: odległość dwóch punktów, odległość dwóch linii równoległych, odległość punktu od linii, kąt, pole powierzchni, stosunek długości dwóch linii, narzędzie do pomiarów miednicy, pomiar skoliozy metodą Cobba i metodą czteropunktową (VCM)”

Czy Zamawiający dopuści nowoczesną stację opisową o następujących funkcjonalnościach pomiarów: odległość dwóch punktów, kąt, pole powierzchni, stosunek długości dwóch linii, dedykowane narzędzia ortopedyczne do pomiarów miednicy, goniometrii i koksometrii, pomiar skoliozy metodą Cobba (również wielu kątów)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza stację opisową o następujących funkcjonalnościach pomiarów: odległość dwóch punktów, kąt, pole powierzchni, stosunek długości dwóch linii, dedykowane narzędzia ortopedyczne do pomiarów miednicy, goniometrii i koksometrii, pomiar skoliozy metodą Cobba (również wielu kątów).

PYTANIE 3

3. dot. pkt. 4.45 – Zamawiający opisał następującą funkcjonalność: „Oprogramowanie serwerowe PACS do udostępniania obrazów w formacie DICOM, w trybie klient serwer, dla oferowanych stacji diagnostycznych”

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia osobnego serwera dedykowanego dla systemu PACS? Jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów minimalnych. Jeśli nie, to prosimy jednoznaczne potwierdzenie, że system PACS ma być zainstalowany na stacji diagnostycznej lekarskiej, a oprogramowanie diagnostyczne ma być udostępnione przez lokalnie zainstalowany system PACS.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia osobnego serwera.

PYTANIE 4

4. dot. pkt. 4.48 - Zamawiający opisał następującą funkcjonalność:

„Funkcjonalność oprogramowania przeglądowego obsługującego obrazu w formacie DICOM w trybie klient-serwer:

- dostęp do przechowywanych obrazów
- wyświetlanie obrazów w dowolnym podziale ekranu,
- wyszukiwanie badań pacjentów wg. nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, daty badania,
- możliwość sortowania listy badań (min. po nazwisku, dacie urodzenia, dacie badania),
- możliwość jednoczesnego wyświetlenia na ekranie badań pochodzących od różnych pacjentów,
- możliwość zmiany okna w czasie rzeczywistym (DICOM Window/Level),
- możliwość powiększania obrazu, lupa ekranowa,
- narzędzia pomiarowe: odległość, kąt, pole powierzchni,
- funkcja obracania, odbijania i inwersji skali szarości obrazu”

Czy Zamawiający zrezygnuje z następujących podpunktów: wyświetlanie obrazów w dowolnym podziale ekranu oraz możliwość jednoczesnego wyświetlenia na ekranie badań pochodzących od różnych pacjentów przy zachowaniu pozostałych możliwości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SIWZ

PYTANIE 5

II. dot. Projektu Umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ:

1. dot. § 16 – Prosimy o modyfikację zapisów dot. kar umownych w następujący sposób:

„1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach:

a. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy ponad ustalony w § 10 termin – 0,5% wartości **niezrealizowanego w terminie** przedmiotu umowy określonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – ~~20%~~ **10%** wartości przedmiotu umowy określonej w § 8 ust. 1;

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody – gdy powstała szkoda przewyższa wartością ustaloną karę umowną.

4. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć ~~20%~~ **10%** kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 8 ust. 1.”

oraz o dodanie kolejnych ustępów o następującej treści:

„5. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przekraczającej 30 dni ponad termin płatności określony w umowie, Wykonawca – oprócz należnych odsetek ustawowych za opóźnienie – ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy określonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy określonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego.

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy określonej w § 8 ust. 1, w razie odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SIWZ

KIEROWNIK

/-/ mgr Marta Woś


KIEROWNIK
Przychodni Specjalistycznej
w Tarnobrzegu

mgr Marta Woś

Przychodnia Specjalistyczna
w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 34
tel./fax (0-15) 822 27 84
legon 630410071 NIP 267-18-94-06