

Tarnobrzeg, dnia 18.12.2019r.

WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.12.2019 roku, pod numerem 633933-N-2019 na: DOSTAWĘ DENSYTOMETRU DLA PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W TARNOBRZEGU – numer: 3/PN/2019.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. 2018.1986 tj. z późn. zm) ZAMAWIAJĄCY uprzejmie informuje, że w postępowaniu przetargowym (Znak sprawy: 3/PN/2019) na zadanie pod nazwą DOSTAWĘ DENSYTOMETRU DLA PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W TARNOBRZEGU prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Przychodnię Specjalistyczną w Tarnobrzegu na złożone przez Wykonawcę zapytania o wyjaśnienie treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SIWZ, ZAMAWIAJĄCY udziela odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści densytometr o wymiarach stołu 1900 x 800 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści densytometr o wymiarach stołu 1900 x 800 mm

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dwa dni szkoleniowe każdy po 4 godziny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Obowiązują zapisy SIWZ

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści kolorową drukarkę atramentową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Obowiązują zapisy SIWZ

Pytanie 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na UPS 600VA, który w zupełności wystarczy do podtrzymania pracy komputera.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na UPS 600VA

Pytanie 5.

Prosimy o wyjaśnienie jakie fantomy kręgosłupa Zamawiający ma na myśli, prosimy o podanie parametrów takiego fantomu lub rezygnację z wymaganego fantomu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga kompletu fantomów niezbędnych do kalibracji densytometru.

Zamawiający nie wymaga fantomu kręgosłupa.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie które obsługuje tylko protokół DICOM? Wyjaśniamy że protokół DICOM zawiera wszystkie wymagane i potrzebne informacje.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści urządzenie które obsługuje tylko protokół DICOM

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* oraz *projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ)* i będą wiążące przy składaniu ofert, w związku, z czym na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty.

Wprowadzone zmiany treści *SIWZ* nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach i w związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie - tj. 30 grudnia 2019 r. godz. 10:00.

KIEROWNIK

/-/ mgr Marta Woś

KIEROWNIK
Przychodni Specjalistycznej
w Tarnobrzegu

mgr Marta Woś

Przychodnia Specjalistyczna
w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 34
tel./fax 15 822 27 84
NIP 8671883060 Regon 830410971