

WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.12.2019 roku, pod numerem 633933-N-2019 na: DOSTAWĘ DENSYTOMETRU DLA PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W TARNOBRZEGU – numer: 3/PN/2019.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. 2018.1986 tj. z późn. zm) ZAMAWIAJĄCY uprzejmie informuje, że w postępowaniu przetargowym (Znak sprawy: 3/PN/2019) na zadanie pod nazwą DOSTAWĘ DENSYTOMETRU DLA PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W TARNOBRZEGU prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Przychodnię Specjalistyczną w Tarnobrzegu na złożone przez Wykonawcę zapytania o wyjaśnienie treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SIWZ, ZAMAWIAJĄCY udziela odpowiedzi:

Pytanie 1.

1. Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości densytometr bez automatycznej korekty prądu anodowego lampy – pkt 6 parametry techniczne podstawowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Obowiązują zapisy SIWZ

Pytanie 2.

2. Prosimy o podanie dostawcy systemu PACS i RIS Zamawiającego? Jaką obecnie ilość licencji PACS i RIS posiada Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający posiada system PACS/RIS firmy MEDIKON. Zamawiający nie posiada wolnych licencji potrzebnych do przyłączenia densytometru do PACS.

Pytanie 3.

3. Co Zamawiający ma na myśli w punkcie - **Kompleksowe szkolenie personelu przez producenta w zakresie obsługi aparatu i analizy wyników – według potrzeb zamawiającego – min. 2 dni szkolenia po 8 godz.** – czy szkolenie ma przeprowadzić producent aparatu, czy autoryzowany przedstawiciel, czy może również osoba posiadająca odpowiednią wiedzę dotyczącą działania densytometru oraz serwisant?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza każdą z proponowanych opcji szkolenia.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* oraz *projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ)* i będą wiążące przy składaniu ofert, w związku, z czym na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty.

Wprowadzone zmiany treści *SIWZ* nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach i w związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie - tj. 30 grudnia 2019 r. godz. 10:00.

K I E R O W N I K

/-/ mgr Marta Woś
K I E R O W N I K
Przychodni Specjalistycznej
w Tarnobrzegu
mgr Marta Woś