

Do Wykonawców

Nr referencyjny postępowania: PS/ZP/1/2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „Dostawę i montaż aparatu RTG cyfrowego dwustanowiskowego kostno płucnego – podłogowego”.

1. Dotyczy Parametrów funkcjonalnych i technicznych Konsola technika pkt H.5

Czy Zamawiający dopuści jeden monitor min 23”, model aktualnie produkowany, rok produkcji min 2022, który nie jest skalibrowany w standardzie DICOM?

- Monitor stacji technika to monitor obsługowy, a nie przeglądowy z którego korzysta lekarz i który musi być skalibrowany. Chcemy Zamawiającemu zaoferować monitor dotykowy, który przeznaczony jest do zaawansowanej obsługi aparatu, który umożliwi prosty wybór parametrów i ocenę poprawności wykonania zdjęcia a także umożliwi podgląd z kamery zainstalowanej w kolimatorze.

Odp.: Zamawiający dopuści jeden monitor min 23”, model aktualnie produkowany, rok produkcji min 2022, który nie jest skalibrowany w standardzie DICOM

2. Dotyczy Parametrów funkcjonalnych i technicznych pkt H.12 i 22

Czy Zamawiający dopuści nagrywanie obrazów DICOM wraz z przeglądarką poprzez USB i na CD/DVD tylko w formacie przetworzonym (gotowe zdjęcie)? Obrazy „for processing” są używane obowiązkowo tylko podczas testowania mammografów, natomiast nie są potrzebne podczas testowania kostno-płucnych aparatów rtg. Odmowa uniemożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odp.: Zamawiający dopuści nagrywanie obrazów DICOM wraz z przeglądarką poprzez USB i na CD/DVD tylko w formacie przetworzonym

3. Dot. SWZ

Zwracamy się z prośbą o korektę numeracji załączników, które są wymagane do załączenia do oferty. W pkt 6.19 SWZ Zamawiający wymaga dołączenia Formularza oferty zgodnie z zał. 2 do SWZ, OPZ według załącznika 3, czy Oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia wg wzoru zał. 4 do SWZ, tymczasem są to załączniki 1, 1a i 2 do SWZ.

Odp.: Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2022. 1710 tj.). Zamawiający wyjaśnia, że prostuje oczywistą omyłkę pisarską informując że **Wykaz załączników do SWZ będących jej integralną częścią** których złożenie wymagane jest wraz z ofertą obejmuje załączniki załączone do SWZ:

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 1a: Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 4: Klauzula RODO

4. Dot. OPZ

Obecnie Zamawiający oczekuje wypełnienia 2 tabel technicznych – jedna jest częścią formularza oferty, druga stanowi załącznik 1a do SWZ.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje złożenia tylko 1 tabeli. W związku z tym prosimy o usunięcie tabeli z formularza oferty i opublikowanie nowego formularza.

Odp.: Zamawiający wymaga wypełnienia Formularza Oferty – Załącznik 1 oraz Załącznika 1 a do SWZ.

5. Dot. formularza oferty pkt IIA oraz OPZ p.pkt. 18 i 19 - gwarantowany czas przystąpienia do naprawy i gwarantowany czas naprawy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie i dopisanie, że wymagane terminy dotyczą „dni robocze pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”?

- **Odp.:** Zamawiający wyjaśnia, że gwarantowany czas przystąpienia do naprawy oraz naprawy dotyczy dni roboczych. Sprawa ta została precyzyjnie opisana w par. 8 ust. 5 projektu umowy. W tej sytuacji nie widzi potrzeby na doprecyzowanie w/w zapisów zgodnie z propozycją wykonawcy.

6. Dot. formularza oferty pkt. V p.pkt.3 oraz OPZ pkt. IV p.pkt. 3 - czas gwarancji na nowo instalowane (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji istotne elementy wynosi min. 12 miesięcy

Z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż sprzęt medyczny standardowo podlega różnym naprawom i interwencjom serwisowym w trakcie cyklu życia z uwagi na zużycie wynikające z normalnego użytkowania, Wykonawca wnosi o usunięcie lub modyfikację zapisu gwarancja na sprzęt medyczny powinna być nieodnawialna, tj. upływie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na poniższy:

„Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast elementu lub modułu Sprzętu wadliwego element lub moduł nowy, wolny od wad, lub dokonał istotnych napraw Sprzętu (podzespołu itp.), termin gwarancji nie biegnie na nowo.”?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że „nowy bieg” terminu gwarancji dotyczyć będzie tylko wymienionego lub naprawionego urządzenia. W/w zapis znajduje się w par. 8 ust. 5 projektu umowy. W tej sytuacji zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wersji zaproponowanej przez wykonawcę.

7. Dot. projektu umowy par. 4 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„Termin zapłaty uznaje się za spełniony z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy.”?

Uzasadnienie: Dług pieniężny, zgodnie z art. 454 Kodeksu cywilnego, jest długiem oddawczym, a zatem świadczenie uznaje się za spełnione z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy

Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę zmianę par. 4. Ust. 7 projektu umowy poprzez dodanie zapisu w wersji zaproponowanej przez wykonawcę.

8. Dot. projektu umowy par. 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę ,celem doprecyzowania, na dodanie zapisu: „*gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym sprzęcie.*”? Wynika z brzmienia art. 578 kc.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści par. 1. ust. 1 projektu umowy w wersji zaproponowanej przez wykonawcę.

9. Dot. projektu umowy par. 8 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie i dopisanie, że wymagane terminy dotyczą „*dni robocze pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy*”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na doprecyzowanie par. 8 ust. 5 w wersji zaproponowanej przez wykonawcę.

10. Dot. projektu umowy par. 8 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast elementu lub modułu Sprzętu wadliwego element lub moduł nowy, wolny od wad, lub dokonał istotnych napraw Sprzętu (podzespołu itp.), termin gwarancji nie biegnie na nowo.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę par. 8 ust. 6 projektu umowy w wersji zaproponowanej przez wykonawcę albowiem „nowy bieg” terminu gwarancji dotyczyć będzie tylko wymienionego lub naprawionego urządzenia.

11. Dot. projektu umowy par. 8 ust. 8

Wykonawca nie może akceptować nieznanych kosztów. Wykonawca nie może zobowiązać się w tym zakresie, skoro zamawiający nie może określić ceny usunięcia wady.
Zwracamy się z prośbą o usunięcie ustępu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody par. 8 ust. 8 w wersji zaproponowanej przez wykonawcę.

12. Dot. projektu umowy par. 10 ust. 1a i 1b

Prosimy o obniżenie stawki do 0,1% - powszechnie przyjętej w umowach zawieranych na podstawie pzp w sektorze medycznym.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi do ich unieważnienia

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę stawki kwotowej na procentową w karach umownych oraz na obniżenia stawki do 0,1 % wartości przedmiotu umowy albowiem wysokość 0,1 % odpowiada „mniej więcej” stawce kwotowej 500,00 o której mowa w par. 10 ust. 1 ab.

13. Dot. projektu umowy par. 10 ust. 2

Prosimy o obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych do 20-30%, z uwagi na ich rażące wygórowanie.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi do ich unieważnienia.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenia maksymalnej wysokości kar o której mowa w par. 10 ust. 2 projektu umowy do wysokości 40 % wynagrodzenia umownego.

– 14. Dot. projektu umowy par. 10 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu:

„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?

Uzasadnienie:

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę par. 10. Ust. 4 projektu umowy przez dodanie zapisu w wersji zaproponowanej przez pytającego/wykonawcę.

15. Dot. projektu umowy par. 11 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu:

„Odstąpienie winno być poprzedzone pisemnym wezwaniem do należytego w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego”?

Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadmierzającą) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należyłą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych.

Odp.: W odpowiedzi na pytanie zamawiający wyjaśnia że wyznaczenia dodatkowego terminu wykonania umowy przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy zostało zapisane w par. 11. Ust. 1 pkt. 1 projektu umowy.

Zamawiający dodatkowo zapewnia że zawsze wyznaczenie dodatkowego terminu będzie miało formę pisemną.

16. Dot. integracji z RIS/PACS

Proszę o informację z jakimi szpitalnymi systemami RIS/PACS mają zostać zintegrowane dostarczone urządzenia.

Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający pozyskał i opublikował ofertę na integrację z systemami PACS/RIS. W ten sposób wszyscy potencjalni Wykonawcy będą mieli identyczną wycenę tego elementu do oferty.

- **Odp:** Zamawiający posiada system RIS/PACS firmy Medikon. . Wykonawca we własnym zakresie pozyskuje ofertę na integrację oferowanego aparatu rtg z posiadany przez zamawiającego systemem RIS/PACS.

17. Prosimy o ujednoczenie tekstu zał nr 3 z treścią SWZ i określenie terminu wykonania umowy do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy, co jest zgodne z zapisem SWZ II 2.

Odp. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2022. 1710 tj.). Zamawiający wyjaśnia, że prostuje oczywistą omyłkę pisarską zawartą w § 3. ust.1. projektu umowy sprzeczną z SWZ (II.2) i oświadcza, że termin wykonania przedmiotu umowy wynosi

8 tygodni od dnia podpisania umowy.

18. Prosimy o zmianę zapisów dotyczących wdrożenia oraz szkolenia na takie , które pozwolą Zamawiającemu w najbardziej produktywny sposób wykorzystać szkolenie, a mianowicie na wykonanie wdrożenia w formie instruktażu bezpośrednio po instalacji i uruchomieniu RTG dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników. Pozostały wymagany wymiar wdrożenia szkolenia zostanie wykonany po otrzymaniu zezwolenia na stosowanie nowego RTG, co umożliwi wykonanie szkolenia z udziałem pacjentów i najbardziej efektywną naukę personelu Zamawiającego. W przypadku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie że termin wykonania szkolenia oprócz instruktażu bezpośrednio po uruchomieniu RTG, nie wpływa na możliwość podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, a czas oczekiwania na decyzje administracji państwowej o dopuszczeniu do użytkowania aparatu i pracowni nie jest liczony do czasu wykonania przedmiotu umowy.

Odp.: Termin wykonania szkolenia oprócz instruktażu bezpośrednio po uruchomieniu RTG, nie wpływa na możliwość podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, a czas oczekiwania na decyzje Państwowego Podkarpackiego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu do użytkowania aparatu i pracowni nie jest liczony do czasu wykonania przedmiotu umowy.

19. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający najpóźniej w dniu podpisania umowy wyznaczy termin przekazania pomieszczeń aparatu RTG. Szacowany termin wykonania adaptacji, instalacji i rozruchu to 3-4 tygodnie. W przypadku zwłoki z wydaniem pomieszczeń termin realizacji zadania zostanie wydłużony o ten czas zwłoki.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że najpóźniej w dniu podpisania umowy wyznaczy termin przekazania pomieszczeń do adaptacji, instalacji i rozruchu aparatu RTG.

20. Prosimy o udostępnienie archiwalnego projektu konstrukcyjnego stropu nad i pod pracownią aparatu RTG.

Odp.: Zamawiający nie posiada archiwalnego projektu konstrukcyjnego stropu nad i pod pracownią aparatu RTG.

21. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada jakieś zalecenia Straży Pożarnej lub program dostosowawczy p.poż. obejmujący swymi zaleceniami pomieszczenia objęte przebudową/adaptacją.

Odp.: Zamawiający nie posiada zaleceń Straży Pożarnej lub program dostosowawczy p.poż. obejmujący swymi zaleceniami pomieszczenia objęte przebudową/adaptacją.

22. Prosimy o opublikowanie aktualnego Projektu Osłon Stałych dla obecnie zainstalowanego aparatu RTG.

Odp.: Zamawiający nie udostępni aktualnego Projektu Osłon Stałych

23. Prosimy o określenie przeznaczenia miejsc poniżej i powyżej pracowni RTG.

Odp.: Zamawiający informuje, że poniżej pracowni RTG znajduje się Poradnia Chorób Płuc wraz z rejestracją a powyżej znajduje się strop.

24. Dla nowego projektu osłon stałych prosimy o potwierdzenie, że będą obowiązywać założenia przyjęte w Projekcie Osłon Stałych dla obecnej pracowni aparatu RTG z aparatem RTG.

Odp.: Zamawiający nie potwierdza, że będą obowiązywać założenia przyjęte w Projekcie Osłon Stałych dla obecnej pracowni aparatu RTG z aparatem RTG

25. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o podanie ile dni w tygodniu będzie pracować aparat, ile badań dziennie będzie realizowanych oraz jakie używane będą wartości napięcia, natężenia prądu oraz czasu ekspozycji.

Odp.: Aparat rtg będzie pracował przez 5 dni w tygodniu.

Dziennie będzie wykonywane średnio:

- statyw płucny: 40 ekspozycji: 500 mA; 20 ms.; 125 kV
- stół kostny: 30 ekspozycji : 200 mA; 150 ms; 90 kV

26. Prosimy o udostępnienie planu pomieszczeń przewidzianych do projektu osłon radiologicznych z uwidocznieniem:

- grubości ścian
- technologii wykonania ścian i tynków
- osłon radiologicznych

Odp.: Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu nie posiada schematu rozdzielni i nie posiada dokumentacji technicznej ponieważ nie jest właścicielem budynku przy ul. 1 Maja 1. Działalność prowadzona jest na podstawie umowy użyczenia.

27. W przypadku odmowy na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że protokół odbioru końcowego zostanie podpisany po realizacji zadania, rozumianym jako adaptacji pomieszczenia, wykonaniu dostawy , instalacji, uruchomienia aparatu RTG wraz z wykonaniem testów akceptacyjnych, a sam czas oczekiwania na wydanie decyzji PWIS nie będzie wliczany do czasu

realizacji całego zadania. Termin uzyskania zezwolenia nie jest w żadnym stopniu zależny od Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający potwierdza że czas oczekiwania na wydanie decyzji Państwowego Podkarpackiego Inspektora Sanitarnego nie będzie wliczany do czasu realizacji całego zadania

28. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nakładając na Wykonawcę obowiązek z SWZ I 6) „Przekazania instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej przedmiotu zamówienia oraz pełnej zatwierdzonej dokumentacji dopuszczającej urządzenie do użytkowania”, nie ma na myśli przerzucenia na Wykonawcę odpowiedzialności za uzyskanie zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na stosowanie aparatów rentgenowskich. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zezwolenie na uruchamianie lub stosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, oraz uruchamianie medycznych pracowni rentgenowskich stosujących takie aparaty wydaje właściwy terenowo państwowy wojewódzki inspektor sanitarny na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej. Dodatkowo do wniosku o wydanie przedmiotowego zezwolenia należy dołączyć dokumenty określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. 2015 r. poz. 1355). W większości są to dokumenty których przygotowanie leży w gestii poszczególnych jednostek organizacyjnych i Wykonawca nie może wziąć odpowiedzialności za ich przygotowanie. W szczególności mowa o dokumentach takich jak:

1) program zapewnienia jakości działalności której dotyczy wnioski;

Dokumentacja systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce powinna być opracowana zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 884) oraz zał. nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325) ,

2) program szkolenia pracowników w zakresie ochrony radiologicznej;

3) instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów;

Instrukcja powinna być zgodna z zał. nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325);

4) zakładowy plan postępowania awaryjnego;

Zakładowy plan postępowania awaryjnego powinien być zgodny ze wzorem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 131, poz. 912);

Dodatkowo należy zauważyć że wydanie takiego zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej po stwierdzeniu, że spełnione zostały wymagane prawem warunki wykonywania działalności związanej z narażeniem. Czyli zgodnie z kpa na wydanie takiej decyzji organowi który ją wydaje przysługuje termin 30 dni. Oznacza to, że gdyby Zamawiający nie wziął pod uwagę powyższych argumentów i chciał jednak wbrew obowiązującym przepisom prawa przerzucić na Wykonawcę również obowiązek uzyskania zezwolenia na stosowanie rentgenowskich aparatów diagnostycznych, przy narzuconym terminie na realizację całego zadania skróciłoby to efektywnie czas na realizację przedmiotu umowy o 30 dni.

Odp.: Zamawiający we własnym zakresie wystąpi z wnioskiem o zezwolenie na uruchomienie zainstalowanego aparatu RTG do Państwowego Podkarpackiego Inspektora Sanitarnego a sam czas oczekiwania na wydanie decyzji PWIS nie będzie wliczany do czasu realizacji całego zadania.

Zamawiający we własnym zakresie przygotowuje wymagane do uzyskania zezwolenia:

1) program zapewnienia jakości działalności której dotyczy wnioski

- 2) program szkolenia pracowników w zakresie ochrony radiologicznej;
- 3) instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe zasady postępowania
- 4) zakładowy plan postępowania awaryjnego;

29. Prosimy o informację na temat preferowanej przez Zamawiającego drogi transportu dla urządzenia od podjazdu dla ciężarówki do pomieszczeń docelowych.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że w budynku przy ul. 1 Maja 1 znajduje się winda, którą można wykorzystać do transportu aparatu i innych niezbędnych elementów.

30. Zamawiający wymaga demontażu i utylizacji obecnie używanego aparatu RTG. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże protokólnie stary aparat celem utylizacji.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że przekaże protokołem obecnie używany aparat RTG do utylizacji.

31. Prosimy o doprecyzowanie wymaganego zakresu prac remontowo-adaptacyjnych dla pomieszczenia RTG.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że zakres prac adaptacyjnych będzie wiadomy po demontażu starego urządzenia RTG. Adaptacja pomieszczeń i montaż aparatu RTG powinien być wykonany przez wykonawcę w taki sposób żeby Wojewódzki Inspektor sanitarny nie miał zastrzeżeń do wydania pozwolenia na uruchomienie aparatu RTG do celów diagnostyki medycznej.

32. Brak opisu oznacza wykonanie tylko niezbędnej adaptacji – tj. wykonanie prac koniecznych do zainstalowania aparatu dla realizacji zadania z wykorzystaniem istniejących elementów (grzybki awaryjne, lampy ostrzegawcze, kanały kablowe).

Odp.: Zamawiający zalecił wizję lokalną zgodnie z SWZ żeby wykonawcy we własnym zakresie ocenili jakie niezbędne prace adaptacyjne muszą być wykonane żeby WIS nie miał zastrzeżeń do wydania pozwolenia na uruchomienie aparatu RTG do celów diagnostyki medycznej. Zdaniem zamawiającego to wykonawca powinien posiadać w tym zakresie niezbędną wiedzę.

33. Prosimy Zamawiającego o informacje jakim dysponuje zapasem mocy elektrycznej dla RTG.

Odp.: Zamawiający informuje iż jest to rozłącznik izolacyjny – trójfazowy 100A, wyłącznik nadmiarowo-prądowy C 63 A, wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA/63A.

34. Prosimy o informację czy w innych pomieszczeniach i których Zamawiający oczekuje montażu opraw oświetleniowych typu LED z funkcją regulacji natężenia oświetlenia?

Odp.: Zamawiający nie oczekuje montażu opraw oświetleniowych typu LED z funkcją regulacji natężenia oświetlenia.

35. Prosimy o informacje jakim rodzajem rozłącznika w rozdzielni głównej RG jest zabezpieczona istniejąca linia zasilająca urządzenie aparatu RTG oraz podanie wielkości zabezpieczenia.

Odp.: Zamawiający informuje iż jest to rozłącznik izolacyjny – trójfazowy 100A, wyłącznik nadmiarowo-prądowy C 63 A, wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA/63A.

36. Prosimy o informacje czy nowy RTG będzie mógł być zasilony z pola z którego jest zasilany obecny RTG?

Odp.: Tak. nowy RTG będzie mógł być zasilony z pola z którego jest zasilany obecny RTG.

37. Prosimy o informację gdzie znajduje się rozdzielnia główna RG z której to będzie lub jest zasilany RTG.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że rozdzielnia główna RTG znajduje się w pomieszczeniu, w którym znajduje się konsola sterująca.

38. Prosimy o udostępnienie schematu rozdzielni głównej RG z której jest zasilany obecny aparat.

Odp.: Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu nie posiada schematu rozdzielni i nie posiada dokumentacji technicznej ponieważ nie jest właścicielem budynku przy ul. 1 Maja 1. Działalność prowadzona jest na podstawie umowy użyczenia.

39. Prosimy o podanie przekroju obecnie używanych kabli do zasilania aparatu RTG.

– **Odp.:** Zamawiający informuje iż obecnie używa kabli do zasilania aparatu RTG zgodnie z wymogami.

40. Prosimy o wskazanie przebiegu trasy kablowej dla linii zasilającej RTG i określenie jej szacunkowej długości.

Odp.: Zamawiający informuje iż szacowana długość przebiegu trasy kablowej dla linii zasilającej RTG to ok. 10 m. Dodatkowo zamawiający wyjaśnia, że umożliwił w tym celu wizję lokalną zgodnie SWZ żeby wykonawcy zapoznali się ze stanem faktycznym posiadanych pomieszczeń i znajdującej się w niej infrastruktury.

41. Prosimy o udostępnienie posiadanej dokumentacji oraz opisu dla stropu podłogowego pracowni RTG.

Odp.: Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu nie posiada i nie posiada dokumentacji oraz opisu dla stropu podłogowego pracowni RTG ponieważ nie jest właścicielem budynku przy ul. 1 Maja 1. Działalność prowadzona jest na podstawie umowy użyczenia.

42. Czy Zamawiający w przypadku konieczności wzmocnienia stropu udostępni pomieszczenie poniżej/powyżej pracowni RTG na czas konieczny do wykonania niezbędnych prac?

Odp.: Zamawiający w przypadku konieczności wzmocnienia stropu udostępni pomieszczenie poniżej/powyżej pracowni RTG na czas konieczny do wykonania niezbędnych prac.

43. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę koncepcji posadowienia aparatu i rozkładu pomieszczeń?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zmiany koncepcji posadowienia aparatu i rozkładu pomieszczeń

44. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie istniejących osłon RTG (w tym stolarki radiologicznej, okna RTG) w przypadku braku konieczności ich modyfikacji.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie istniejących osłon RTG (w tym stolarki radiologicznej, okna RTG) w przypadku braku konieczności ich modyfikacji.

45. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że ewentualne wzmocnienie osłon stałych ścian i stropów pracowni RTG nie jest w zakresie prac Wykonawcy.

Odp.: Ewentualne wzmocnienie osłon stałych ścian i stropów pracowni RTG jest po stronie Wykonawcy, jeżeli nowy projekt ochrony radiologicznej będzie tego wymagał

46. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że wymiana drzwi ochronnych z Pb oraz okna ochronnego nie jest w zakresie prac Wykonawcy.

Odp.: Wymiana drzwi ochronnych z Pb oraz okna ochronnego jest po stronie Wykonawcy, jeżeli nowy projekt ochrony radiologicznej będzie tego wymagał

47. Prosimy o informację czy jeżeli nowy projekt ochrony radiologicznej nie obligowałby Wykonawcy do wymiany okna i drzwi ochronnych, to czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejącego okna i drzwi ochronnych czy oczekuje wymiany na nowe.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejącego okna i drzwi ochronnych jeżeli nowy projekt ochrony radiologicznej nie będzie obligował Wykonawcy do wymiany okna i drzwi ochronnych

– 48. Czy Zamawiający oczekuje wymiany wykładziny PCV w pomieszczeniach RTG? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie tych pomieszczeń.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że jeśli demontaż i montaż aparatu RTG nie wymusi konieczności wymiany wykładzin w pomieszczeniach RTG to nie wymaga jej wymiany.

49. Czy Zamawiający oczekuje malowania ścian i sufitów pomieszczeń pracowni RTG? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie tych pomieszczeń.

Odp.: Zamawiający nie oczekuje wymiany wykładziny PCV w pomieszczeniach RTG.

50. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacjach elektrycznych słaboprądowych (KD, SAP, SSWiN, CCTV) nie wchodzi w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac.

Odp. : Zamawiający wyjaśnia, że prace przy instalacjach elektrycznych słaboprądowych (KD, SAP, SSWiN, CCTV) nie wchodzi w zakres prac Wykonawcy.

51. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacji klimatyzacji nie wchodzi w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac.

Odp. : Zamawiający wyjaśnia, że prace przy instalacji klimatyzacji nie wchodzi w zakres prac Wykonawcy.

52. Czy Zamawiający wymaga wykonania nowego układu klimatyzacji w pomieszczeniu badań, sterowni?

Odp.: Zamawiający nie wymaga wykonania nowego układu klimatyzacji w pomieszczeniu badań, sterowni.

53. Czy Zamawiający chce, aby kaloryfery w pomieszczeniach pracowni i sterowni RTG wymienić na nowe, spełniające normy higieniczne?

Odp.: Zamawiający nie wymaga aby kaloryfery w pomieszczeniach pracowni i sterowni RTG wymienić na nowe.

54. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacji wentylacji mechanicznej nie wchodzi w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac.

Odp.: Zamawiający informuje, że prace przy instalacji wentylacji mechanicznej nie wchodzi w zakres prac Wykonawcy.

55. Prosimy o potwierdzenie, że wentylacja w pomieszczeniu spełnia aktualne wymagania dla pomieszczenia RTG. Prosimy u udostępnienie ostatniego protokołu sprawności wentylacji.

Odp.: Zamawiający informuje, że wentylacja w pomieszczeniu nie spełnia aktualnych wymagań dla pomieszczenia RTG.

56. Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń aplikacyjnych w terminie późniejszym (po przekazaniu aparatu RTG i podpisaniu protokołu końcowego)? Mając na uwadze interes Zamawiającego, chcemy aby szkolenie aplikacyjne odbyło się z udziałem pacjentów, co będzie miało wpływ na efektywność szkolenia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wdrożeń aplikacyjnych w terminie późniejszym (po przekazaniu aparatu RTG i podpisaniu protokołu końcowego)

57. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności uzyskania pozytywnych opinii, zgód, decyzji administracyjnych itp. dokumentów związanych z realizacją zadania, Zamawiający wydłuży termin realizacji przedmiotu umowy o czas niezbędny na ich uzyskanie.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że w przypadku konieczności uzyskania pozytywnych opinii, zgód, decyzji administracyjnych itp. dokumentów związanych z realizacją zadania, Zamawiający wydłuży termin realizacji przedmiotu umowy o czas niezbędny na ich uzyskanie.

58. Prosimy o określenie czy w zakresie prac Wykonawcy jest wykonanie nowej sieci LAN.

Odp.: Tak – w pomieszczeniu z konsolą sterującą – 2 szt.

59. Prosimy o informacje czy w pracowni znajduje się sieć LAN z dostępem do internetu oraz określenie liczby gniazd LAN.

Odp.: Tak – w pomieszczeniu z konsolą sterującą – 2 szt.