

Tarnobrzeg, dnia 26.06.2023r.

Do Wykonawców

Nr referencyjny postępowania: PS/ZP/1/2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „Dostawę i montaż aparatu RTG cyfrowego dwustanowiskowego kostno płucnego – podłogowego”.

Ad. G Statyw do zdjęć odległościowych. Punkt 8. Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych.

Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający uchwytów pacjenta do projekcji LAT? Brak uchwytu nie wpływa na właściwości kliniczne aparatu a popularnym rozwiązaniem braku tego uchwytu jest złapanie przez pacjenta własnych łokci nad głową. Dopuszczenie powyższego parametru pozwoli Wykonawcy na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp: Obowiązują zapisy SWZ