

Tarnobrzeg, dnia 26.06.2023r.

Do Wykonawców

Nr referencyjny postępowania: PS/ZP/1/2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „Dostawę i montaż aparatu RTG cyfrowego dwustanowiskowego kostno płucnego – podłogowego”.

Załącznik nr 1a do SWZ.

H. Konsola technika. Punkt 23. Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD oraz USB w formacie DICOM wraz z przeglądarką oraz w trybie „for processing”.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania umożliwiającego zapis obrazów na CD i DVD oraz USB w formacie DICOM wraz z przeglądarką. To rozwiązanie jest wystarczającym i standardowym rozwiązaniem w większości oferowanych aparatów RTG na rynku. Tryb „for processing” jest trybem używanym zwykle w aparatach mammograficznych. Prosimy Zamawiającego o pozytywną odpowiedź w celu złożenia ważnej oferty.

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie umożliwiające zapis obrazów na CD i DVD oraz USB w formacie DICOM wraz z przeglądarką.

Pytanie: Adaptacja pomieszczeń. W związku z pozytywną odpowiedzią na jedno z pytań Wykonawców związanych z wymaganą modernizacją wentylacją. Prosimy o określenie zakresu prac i modernizacji wentylacji w pracowni RTG oraz udostępnienie dokumentacji związanej z kanałami wentylacyjnymi oraz techniką wentylacji jaka obecnie jest wykorzystywana.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że zakres prac adaptacyjnych będzie wiadomy po demontażu starego urządzenia RTG. Adaptacja pomieszczeń i montaż aparatu RTG powinien być wykonany przez wykonawcę w taki sposób żeby Wojewódzki Inspektor sanitarny nie miał zastrzeżeń do wydania pozwolenia na uruchomienie aparatu RTG do celów diagnostyki medycznej.

Ponadto, Zamawiający zalecił wizję lokalną zgodnie z SWZ żeby wykonawcy we własnym zakresie ocenili jakie niezbędne prace adaptacyjne muszą być wykonane żeby WIS nie miał zastrzeżeń do wydania pozwolenia na uruchomienie aparatu RTG do celów diagnostyki medycznej. Zdaniem zamawiającego to wykonawca powinien posiadać w tym zakresie wiedzę.

Zamawiający informuje, że prace przy instalacji wentylacji mechanicznej nie wchodzi w zakres prac Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że wentylacja w pomieszczeniu nie spełnia aktualnych wymagań dla pomieszczenia RTG.