

Tarnobrzeg, dnia 22.06.2023r.

Do Wykonawców

Nr referencyjny postępowania: PS/ZP/1/2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „Dostawę i montaż aparatu RTG cyfrowego dwustanowiskowego kostno płucnego – podłogowego”.

1. **(Opis przedmiotu zamówienia, część C, pkt 7)** Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w wielofunkcyjny, dotykowy panel LCD 8”, zlokalizowany na kołpaku, umożliwiający odczyt parametrów ekspozycji? Różnica pomiędzy wymaganym rozmiarem ekranu, a oferowanym nie ma wpływu na właściwości diagnostyczne aparatu.

Odp: Zamawiający dopuści aparat wyposażony w wielofunkcyjny, dotykowy panel LCD 8”, zlokalizowany na kołpaku, umożliwiający odczyt parametrów ekspozycji

2. **(Opis przedmiotu zamówienia, część D, pkt 13)** Czy Zamawiający dopuści aparat, którego odległość zewnętrzna powierzchni płyty stołu, a detektora wynosi 8,3 cm? Różnica 3 mm pomiędzy wartością wymaganą, a oferowaną jest nieznaczna i nie ma wpływu na właściwości diagnostyczne aparatu.

Odp: Zamawiający dopuści aparat, którego odległość zewnętrzna powierzchni płyty stołu, a detektora wynosi 8,3 cm

3. **(Opis przedmiotu zamówienia, część F, pkt 12)** Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, gdy detektor bez rączki zostanie wyposażony w dodatkową obudowę ochronną, zwiększającą jego wytrzymałość na upadek? Obudowa posiada zintegrowaną rączkę do przenoszenia i obsługi detektora.

Odp: Zamawiający uzna wymóg za spełniony, gdy detektor bez rączki zostanie wyposażony w dodatkową obudowę ochronną, zwiększającą jego wytrzymałość na upadek i posiadającą zintegrowaną rączkę do przenoszenia i obsługi detektora.

4. **(Opis przedmiotu zamówienia, część G, pkt 1)** Czy Zamawiający dopuści ściankę płucną o minimalnej możliwej odległości środka detektora od podłogi 36 cm? Wartość oferowana jest wystarczająca do wykonania zdjęcia kolan pod obciążeniem naturalnym pacjenta, przy konieczności wykonania zdjęcia stawu skokowego nawet przy wysokości 32 cm konieczne jest użycie podestu.

Odp: Zamawiający dopuści ściankę płucną o minimalnej możliwej odległości środka detektora od podłogi 36 cm.

5. **(Opis przedmiotu zamówienia, część G, pkt 10)** Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym zakres wykonywania zdjęć kości długich przy statywie płucnym wynosi 120 cm?

Odp: Zamawiający dopuści aparat, w którym zakres wykonywania zdjęć kości długich przy statywie płucnym wynosi 120 cm.

6. **(Opis przedmiotu zamówienia, część G, pkt 11)** Czy Zamawiający dopuści aparat bez bezprzewodowego pilota? Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Odp: Zamawiający dopuści aparat bez bezprzewodowego pilota.