

Tarnobrzeg, dnia 23.06.2023r.

Do Wykonawców

Nr referencyjny postępowania: PS/ZP/1/2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „Dostawę i montaż aparatu RTG cyfrowego dwustanowiskowego kostno płucnego – podłogowego”.

(Opis przedmiotu zamówienia, część A, pkt 9)

Pytanie nr 1

Prosimy o określenie wymaganego zakresu adaptacji pomieszczenia?

Odp. Zamawiający wyjaśnia iż wymagany zakres adaptacji pomieszczenia szczegółowo opisuje § 6 Adaptacja pomieszczeń - Projektu Umowy.

Pytanie nr 2

Czy wentylacja pomieszczenia jest sprawna i spełnia obecne wymogi?

Odp. Zamawiający informuje, że wentylacja wymaga modernizacji.

Pytanie nr 3

Czy do pomieszczenia jest doprowadzone zasilanie i czy jest dostępna moc dla 65kW?

Odp. Tak. Do pomieszczenia jest doprowadzone zasilanie i jest dostępna moc dla 65kW.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga montażu klimatyzacji w pomieszczeniu?

Odp. Nie. Zamawiający nie wymaga montażu klimatyzacji w pomieszczeniu.

Pytanie nr 5

Czy należy wymieniać wykładzinę w pomieszczeniu?

Odp. Tak. Jeśli zaistnieje konieczność po demontażu obecnego aparatu.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia mebli do sterowni (biurko, krzesło)?

Odp. Nie. Zamawiający nie wymaga dostarczenia mebli do sterowni (biurko, krzesło).

Pytanie nr 7

Proszę o podanie metrażu pomieszczenia, w którym odbędzie się montaż RTG?

Odp. Metraż pomieszczenia, w którym odbędzie się montaż RTG to około 40,88 m².