

Tarnobrzeg, dnia 23.06.2023r.

**Do Wykonawców**

**Nr referencyjny postępowania: PS/ZP/1/2023**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „Dostawę i montaż aparatu RTG cyfrowego dwustanowiskowego kostno płucnego – podłogowego”.

**Załącznik nr 1a do SWZ.**

**Ad. C. Kolumna podłogowa lampy RTG. Punkt 4. Najniższe położenie ogniska od podłogi  $\leq 35$  cm.**

Czy Zamawiający dopuści aparat, którego najniższe położenie ogniska od podłogi wynosi 37 cm. Tak niewielka różnica (2cm) nie wpłynie na możliwości oraz pracę aparatu.

**Odp:** Zamawiający dopuści aparat, którego najniższe położenie ogniska od podłogi wynosi 37 cm.

**Ad. C. Kolumna podłogowa lampy RTG. Punkt 6. Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej  $\geq \pm 120^\circ$ ,  $\geq \pm 140^\circ - 10$  pkt,  $< \pm 140^\circ - 0$  pkt.**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu punktowanego Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej  $\geq \pm 100^\circ$ ,  $\geq \pm 120^\circ - 10$  pkt,  $< \pm 120^\circ - 0$  pkt. Standardem większości dostępnych na rynku aparatów jest zakres  $120^\circ$ . Zmiana zapisu pozwoli Wykonawcą na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odp:** Obowiązują zapisy SWZ.

**Ad. D. Uniwersalny stół diagnostyczny. Punkt 14. Pochłanianie blatu - ekwiwalent Al (przy 100 kV)  $\leq 1,0$  mm Al.  $\leq 0,7$  mm Al. – 5 pkt,  $> 0,7$  mm Al. – 0 pkt.**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu punktowanego pochłanianie blatu - ekwiwalent Al (przy 100 kV)  $\leq 1,0$  mm Al.  $\leq 0,8$  mm Al. – 5 pkt,  $> 0,8$  mm Al. – 0 pkt. Tak niewielka różnica w pochłanianiu blatu stołu w żaden sposób nie wpływa na rozchodzenie się promieniowania. Zmiana zapisu pozwoli Wykonawcą na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odp:** Obowiązują zapisy SWZ.

**Ad. E. Detektor cyfrowy zintegrowany w statywie płucnym. Punkt 8. DQE  $\geq 70\%$ ,  $\geq 80\% - 10$  pkt,  $< 80\% - 0$  pkt.**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu punktowanego DQE  $\geq 65\%$ ,  $\geq 70\% - 10$  pkt,  $< 70\% - 0$  pkt. Parametr DQE nie ma wpływu na jakość obrazowania a tak wysoką wartość parametru wskazuje na jedno z dostępnych na rynku rozwiązań. Zmiana zapisu pozwoli Wykonawcą na złożenie konkurencyjnej oferty i uzyskania punktów technicznych.

**Odp:** Obowiązują zapisy SWZ.

**Ad. E. Detektor bezprzewodowy. Punkt 10. DQE  $\geq 70\%$ ,  $\geq 80\%$  - 10 pkt,  $< 80\%$  - 0 pkt.**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu punktowanego DQE  $\geq 65\%$ ,  $\geq 70\%$  - 10 pkt,  $< 70\%$  - 0 pkt. Parametr DQE nie ma wpływu na jakość obrazowania a tak wysoką wartość parametru wskazuje na jedno z dostępnych na rynku rozwiązań. Zmiana zapisu pozwoli Wykonawcą na złożenie konkurencyjnej oferty i uzyskania punktów technicznych.

**Odp:** Obowiązują zapisy SWZ.

**Ad. G. Statyw do zdjęć odległościowych. Punkt 1. Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi  $\leq 32$  cm.**

Czy Zamawiający dopuści aparat, którego minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi wynosi 37 cm? Tak niewielka różnica nie wpłynie na możliwości oraz pracę aparatu. Dodatkowo wartość odległości środka detektora od podłogi pokrywa się z wartością położenia ogniska lampy do podłogi (Ad.C. Punkt 4.). Jest to skorelowana wartość dająca odpowiednie wycentrowanie ekspozycji.

**Odp:** Zamawiający dopuści aparat, którego minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi wynosi 37 cm.

### **Dotyczy SWZ p 6.19**

Zamawiający w powyższym punkcie SWZ wskazuje dokumenty składające się na treść oferty.

Zamawiający wymaga złożenia dokumentów:

- Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ
- Specyfikacja techniczna, przygotowany wg wzoru Załącznika nr 3 do SWZ
- Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, przygotowane wg wzoru Załącznika nr 4 do SWZ podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie występujący, Oświadczenie wg wzoru Załącznika nr 4 do SWZ podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy składa każdy z nich.
- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ);

W punkcie XX SWZ ZAŁĄCZNIKI Zamawiający wskazał inną numerację załączników dołączonych do SWZ:

Integralną część niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
- Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy.

Na stronie nr 2 SWZ wykaz jest następujący:

Wykaz załączników do SWZ będących jej integralną częścią: Załącznik nr 1: Formularz oferty Załącznik nr 1a: Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - PROJEKT UMOWY Załącznik nr 4: Klauzula RODO

Prosimy o wskazanie poprawnych nr załączników, których złożenie wymagane jest wraz z ofertą.

**Odp:** Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2022. 1710 tj.). Zamawiający wyjaśnia, że prostuje oczywistą omyłkę pisarską informując że **Wykaz załączników do SWZ będących jej integralną częścią** których złożenie wymagane jest wraz z ofertą obejmuje załączniki załączone do SWZ:

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 1a: Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 4: Klauzula RODO

### **Dotyczy SWZ p. II TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA i załącznika nr 3 Projektowane postanowienia umowy**

W SWZ p. II Zamawiający wskazuje:

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: - 8 tygodni od dnia podpisania umowy

W udostępnionym Załączniku nr 3 w § 3 Termin realizacji Zamawiający umieścił zapis:

Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi do 6 tygodni liczonych od dnia zawarcia umowy nie później jednak niż do dnia ..... r.

Prosimy o potwierdzenie wymaganego terminu realizacji umowy.

**Odp.** Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2022. 1710 tj.). Zamawiający wyjaśnia, że prostuje oczywistą omyłkę pisarską zawartą w § 3. ust.1. projektu umowy sprzeczną z SWZ (II.2) i oświadcza, że termin wykonania przedmiotu umowy **wynosi 8 tygodni od dnia podpisania umowy.**